

仕 様 書

1 入札条件

(1) 入札対象物品名・数量

本入札の対象物品は下記の物品とする。

手術室モニタ(BSM-6701) 1式(詳細は別紙参照)

※運搬, 搬入, 調整費用等を含むこと。

(2) 納入期限

平成28年3月31日

(3) 納入場所

済生会新潟第二病院(新潟市西区寺地280-7)

(4) 保守体制

①保守体制

通常の使用で発生した故障の修理及び定期的保守点検を実施できる体制であること。

②支援体制

年間を通じて24時間の連絡ができる体制であり, 障害時において復旧のため通報を受けてから, 24時間以内に現場にて対応ができる体制であること。

③保証期間

納入検査確認後, 1年間は通常の使用により故障した場合, 無償修理に応じること。

2 設置条件

(1) 入札後実際の納入期日までにモデルチェンジ等により, 対象物品を納入することができなくなった場合には, 病院側と協議のうえ後継機種を納入すること。

(2) 取扱説明

①取扱説明に関する教育訓練は, 当院が指定する日時, 場所で行うこと。

②操作マニュアルは, 日本語版を2部とする。

3 指定銘柄

入札対象機器は, 下記のとおりとする。

メーカー名	商品名	型番等
日本光電工業株式会社	手術室モニタ	BSM-6701

別紙詳細

メーカー等	品名・型式・機能等	品 番	数量
日本光電工業株式会社	ベッサイトモニタ	BSM-6701	1
	入力ユニット	AY-663P	1
	レコーダユニット	WS-671P	1
	バッテリーパック	SB-671P	1
	ECG 中継コード JC-906P	K922	1
	電極リード線 BR-903P	K911	1
	SP02 中継コード JL-900P	K931	1
	フィンガープローブ TL-0201T2	P225F	1
	成人用中継エアホース YN-901P	S902	1
	小児用カフ(標準) YP-702T	S949A	1
	成人用カフ(標準) YP-703T	S949B	1
	血圧中継コード JP-920P	L901	1
	ECG/BP 出力ケーブル YJ-920P	K975	1
	ウォールマウント KG-951P		1
	FQW50-2-100 記録紙 A721		1
	中継ケーブル(NK モニタ用)L280A		1
	インターフェース QI-671P		1
	マルチカスユニット GF-210R		1
	ウォータトラップ YG-600P	V918	1
	サンプ リンクライン YG-610P	V919	1
	ストレート T ピース YG-620P	V920A	1
	接続ケーブル YJ-601P	K978	1
	設置調整		1
	構成：心電図(3 電局極), SP02, NIBP, RESP, A ライン 3 本, 体温 マルチコネクタ×3 本, 麻酔カスユニット		

2 その他

運搬、搬入、調整費用等を含む。