

仕 様 書

1 入札条件

(1) 入札対象契約名・数量

本入札の対象契約は下記とする。

生化学自動分析装置賃貸借契約（詳細は別紙参照）

※運搬，搬入，調整費用等を含むこと。

(2) 契約期間

2017年12月1日（金）から2024年11月30日（土）

(3) 納入期限

2017年11月30日（木）

(4) 納入場所

済生会新潟第二病院 中央検査室(新潟市西区寺地280-7)

(5) 保守体制

①保守体制

通常の使用で発生した故障の修理及び定期的保守点検を実施できる体制であること。

②支援体制

年間を通じて 24 時間の連絡ができる体制であり，障害時において復旧のため通報を受けてから，問い合わせに対する回答や故障対応に関するサポートができる体制であること。

③保証期間

納入検査確認後，1年間は通常の使用により故障した場合，無償修理に応じること。

2 設置条件

(1) 入札後実際の納入期日までにモデルチェンジ等により，対象物品を納入することができなくなった場合には，病院側と協議のうえ後継機種を納入すること。

(2) 取扱説明

①取扱説明に関する教育訓練は，当院が指定する日時，場所で行うこと。

②操作マニュアルは，日本語版を2部とする。

3 指定銘柄

入札対象機器は，下記のとおりとする。

メーカー名	商品名	型番等
(株)日立ハイテクフィールド・インク	日立自動分析装置	LABOSPECT008 α (タイプ 2)
(株)日立ハイテクフィールド・インク	日立自動分析装置	LABOSPECT006

別紙詳細

1 機器詳細

メーカー等	品名・型式・機能等	数量
(株)日立ハイテクフィールド・インク	日立自動分析装置 LABOSPECT008 α (タイプ 2) (検体 ID、電解質分析装置 1 ユニット、搬送接続タイプ付き)	1 式
	純粋製造装置 WPSH II Type M	1 台
	無停電電源装置 SAU752SS23・SAT-A5	1 台
	オンライン接続	1 式
	分注機側立会	1 式
(株)日立ハイテクフィールド・インク	日立自動分析装置 LABOSPECT006 (検体 ID 装置、電解質分析装置、詰まり検知機能付き)	1 式
	純粋製造装置 WPSH II Type P	1 台
	無停電電源装置 SMU-HF302、SERU-102AC	1 台
	オンライン接続	1 式

2 保守契約詳細

契約期間	2018 年 12 月 1 日～2024 年 11 月 30 日
点検頻度	2 回/年 (最終年 1 回)
保障内容	時間内のオンコール対応費を含む
	純水装置のオンコール対応費を含む
	純粋装置 RO 膜・ポンプヘッド交換費を 1 回含む

3 その他

運搬、搬入、調整費用等を含む。