

質 疑 回 答 書

2021年 1月 22日

済生会新潟病院

契約名20-08 ナースカートの購入

上記契約に関する質疑事項は下記の通りです。

番号	図面番号	質 疑	回 答
		・ナースカート 最低高800mm以上、最大高が1100mm、昇降幅200mm以上と記載がありますが、ご提案の機種は、最大高は1000mmとなりますがよろしいでしょうか？	仕様書記載の通りの仕様を満たしていないものは、入札対象外となります。
		・ナースカート トレイは、有効内寸W390mm x D260mm以上の大型サイズであること。と記載がございますが、ご提案機種の大型トレイは、有効内寸W336mm x D236mmとなりますがよろしいでしょうか？	仕様書記載の通りの仕様を満たしていないものは、入札対象外となります。
		・ナースカート 余長コードなどをまとめておくためのフックが天板横に2ヶ所以上備え付けられていること。と記載がありますが、ご提案機種は天板傍となりますがよろしいでしょうか？	仕様書記載の通りの仕様を満たしていないものは、入札対象外となります。
		・ナースカート 記載仕様は満たしておりますが、ご提案機種は、バッテリー搭載時に、バインダー等のトレイが使用できなくなりますがよろしいでしょうか？	仕様書記載の仕様は、「使用時に全ての仕様を満たしていること」を想定しております。「バッテリーを搭載しかつバインダー入れを使用し」ナースカートを使用することを想定し、仕様として記載しました。よって、両方同時に使用できない場合は、仕様を満たしていないとみなします。
		・ナーステーブル①、ナーステーブル② ナーステーブル①、ナーステーブル②ともに脚の形状はT字脚であり、脚部がアジャスター付であることと御座いますが、ナーステーブルをより安定させるために、4本脚ナーステーブルのご提案となってもよろしいでしょうか？	仕様書記載の通りの仕様を満たしていないものは、入札対象外となります。
		・ナーステーブル① 配線キャップを4か所以上有することと御座いますが、配線を中央に纏めて目隠し出来るよう、配線キャップ（蓋）は1か所となりますが、開口部のスペースを広く取らせて頂くご提案でもよろしいでしょうか？	仕様書記載の通りの仕様を満たしていないものは、入札対象外となります。
		・ナーステーブル② 配線キャップを3か所以上有することと御座いますが、配線を中央に纏めて目隠し出来るよう、配線キャップ（蓋）は1か所となりますが、開口部のスペースを広く取らせて頂くご提案でもよろしいでしょうか？	仕様書記載の通りの仕様を満たしていないものは、入札対象外となります。