仕様書

1 入札条件

（1）　入札対象物品名・数量

本入札の対象物品は下記の物品とする。

全自動輸血検査装置・輸血管理システム賃貸借契約　（詳細は別紙参照）

※運搬、搬入、設置、調整費用、オンライン接続費用、電気工事費用等を含むこと。

（2）　契約期間

２０２３年８月１日～２０３０年７月３１日（７年契約）

（3）　納入期限（機器設置完了期限）

２０２３年７月２８日

（4）　納入場所

済生会新潟病院（新潟市西区寺地 280－7）

（5）　保守体制

①保守体制

通常の使用で発生した故障の修理及び定期的保守点検を実施できる体制であること。

②支援体制

年間を通じて 24 時間の連絡ができる体制であり、障害時において復旧のため通報を受けてから、問い合わせに対する回答や故障対応に関するサポートができる体制であること。

③保証期間

納入検査確認後、1 年間は通常の使用により故障した場合、無償修理に応じること。

2 設置条件

（1）　入札後実際の納入期日までにモデルチェンジ等により、対象物品を納入することができなくなった場合には、病院側と協議のうえ後継機種を納入すること。

（2）　取扱説明

①取扱説明に関する教育訓練は、当院が指定する日時、場所で行うこと。

②操作マニュアルは、日本語版を 2 部とする。

3 指定銘柄

入札対象機器は、下記のとおりとする。

メーカー名	商品名	型番等
バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社	別紙詳細参照	別紙詳細参照

別紙詳細

1 機器詳細

メーカー等	品名・型式・機能等	品番	数量
バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社	カード用全自動輸血検査装置 IH-500	00500	2
	バイオラッド輸血管理システム Ver3		1
	サーバー兼クライアント PC （モニタ、無停電電源装置、バックアップ用 HDD を含む）		1
	クライアント PC（無停電電源装置を含む）		1
	二次元バーコードリーダー		2
	カラーラベルプリンター		2
	カラーインクジェットプリンター		1
	パトライト		1

他メーカー製の場合は、上記と同等とする。

2 その他仕様

・ゲルカラム法を用いた測定法であること

・検体ラックを直接挿入する仕組みを取り入れた検査装置であること

・委員会向け資料等病院指定のデザインでレポートをプログラムすることが可能であること

・輸血検査装置のサイズが幅 115mm×奥行 85mm×高さ 98mm 以下であること

3 その他

・運搬、搬入、調整、設置費用、電気工事費用等を含む。

・当院既存電子カルテ・検査システムへの接続費用、データコンバート作業費用を含む。