仕様書

1入札条件

(1) 入札対象物品名·数量

本入札の対象物品は下記の物品とする。

X線撮影装置(詳細は別紙参照)

※運搬、搬入、設置工事、調整、ネットワーク接続、研修費用等を含むこと。

(2) 納入期限

2024年1月31日

(3) 納入場所

済生会新潟病院(新潟市西区寺地 280-7)

(4) 保守体制

①保守体制

通常の使用で発生した故障の修理及び定期的保守点検を実施できる体制であること。

②支援体制

年間を通じて 24 時間の連絡ができる体制であり、障害時において復旧のため通報を受けてから、問い合わせに対する回答や故障対応に関するサポートができる体制であること。

③保証期間

納入検査確認後、1年間は通常の使用により故障した場合、無償修理に応じること。

2 設置条件

- (1) 入札後実際の納入期日までにモデルチェンジ等により、対象物品を納入することができなくなった場合には、病院側と協議のうえ後継機種を納入すること。
- (2) 取扱説明
 - ①取扱説明に関する教育訓練は、当院が指定する日時、場所で行うこと。
 - ②操作マニュアルは、日本語版を2部とする。

3 指定銘柄

入札対象機器は、下記のとおりとする。

メーカー名	商品名	型番等
富士フイルムヘルスケア株	別紙詳細参照	別紙詳細参照
式会社		

別紙詳細

1詳細

メーカー等	品名・型式・機能等	品 番	数量
	50kWインバーター般撮影装置		1
	Radnext50(AD Smart)		
	X 線高電圧装置(50kW-単相-200V)	DHF-155H4	1
	大型カラータッチスクリーンコント		1
	ローラー		
	タッチスクリーンコントローラー用	RAD50SM ケーフ゛ルヒ H4	1
	ケーブル		
	撮影用ハンドスイッチ		1
	天井走行式 X 線管保持装置(上下	SX-A300L(AT)-F	1
	165cm&LAT&PBS)		
	天井レール(Ceiling Rails: 3.95m)	SXA300-CR3. 95-F	1
	内部レール(Inner Rails: 2.0m)	SXA300-IR2. 0-F	1
	天井取付金具		1
	X 線管装置(300kHU 0.6/1.2mm)	UH-6FC-31E	1
富士フイルム	コリメーター(電動絞り)	ZU-L5TYH	1
	コリメーター用面積線量表示インタ	H4AT セット	1
ヘルスケア株	ーフェイス		
式会社	タッチスクリーンコントローラー用	ZP-H3-ST	1
	スタンド		
	撮影用フットスイッチ(2 段式)	2 ダンシキ FSW15M(H4)	1
	撮影条件運動機能(CR/DR/RIS 接続)	RIS セツゾク H4-2	1
	イオンチャンバー (立位)	ZP-ICX141	1
	線量測定		1
	胸部 FPD システム(CALNEO PU 含)	CALNEO Flow	1
	CALNEO Smart C77	DR-ID 1212 SE A	1
	Smart 用スターターキット	DR-ID 1200 STARTER K	1
	Smart 用バッテリパック	DR1200 SE BATTERY	2
	無線アクセスポイント C	AT-TQM1402 4054R	1
	無線アクセスポイント C専用ACア	AT-MWS0091 3665R	1
	ダプター		
	Smart 用電源供給ユニット	DR-ID 1200 MP	1
	Smart 用 MC ソフトウェア	DR-ID 1200 MC SOFT	1

Flow/Smart 共通バッテリチャージ	DR1200 SE BATTERY CH	1
ヤー		
Smart SE ケーブル 10m	DR1200 SE-CBL 10M	1
CALNEO MP 収納ラック	MP-BOX 2	1
HC 用 X 線発生装置接続キット	DR900 EXPOSURE CONNE	1
HC 用照射野連動ユニット	DR900 COLLIMATOR CON	1
DR300 用 X 線撮影機接続ケーブル	DR300 IR-X/CTL CBL 1	1
15M		
SE ケーブル固定用クランプ	DR600 SE-CBL CLAMP	3
Console Advance	300CL A17-V16.0 SWL	1
タッチパネル液晶ディスプレイ	LCD 17IN TP CLR EIZ	1
增設用 LAN 基板(780DT 以外用)	GIGABIT NIC BD PCIEX	1
コンソール用 電源タップ	CL TAP-WCH2434H	2
有線バーコードリーダーキット	USB BCR DL	1
有線バーコードリーダースタンド	USB BCR STAND DL	1
コンソールラック	CONSOLE RACK	1
RS232C 接続ケーブル 10M (9 ピン)	IDT3/4 ONLINE 9S-CBL	1
X 線 CONT 接続キット	XCON CONNECT KIT	1
8 ポートスイッチング HUB(Gb)	AT-GS920/08	2
FCR ネットワーク接続ケーブル	NW UTP-STR CBL FD 3M	3
UTP3M (FD)		
FCR ネットワーク接続ケーブル	NW UTP-STR CBL FD 5M	3
UTP5M (FD)		
DICOM 接続ソフトウェア:MWM	DX CL DICOM ORDER MW	1
(患者+メニュー情報)		
DICOM 接続ソフトウェア:MPPS	DX CL DICOM MPPS SWL	1
MFP/ダイナミック処理ソフトウェ	DX CL DYN VISUAL II	1
ア		
グリッド除去処理ソフトウェア	DX CL GPR SWL	1
黒化処理ソフトウェア	DX CL SHUTTER-PROC S	1
スマートコントローラー接続機能ソ	DX CL SMART CONTROLL	1
フトウェア		
Virtual Grid ソフトウェア	DX CL VIRTUAL GRID S	1
据付調整備品		1
据付作業 MAS 接続		1
•		

据付作業 PSP 接続		1
電動式立位撮影台 (電動つかまり	CALNEO PU C	1
棒)		
グリッド SID 200CM 12:1 (PU/PT)	1717 GRID SID 200 12	1
機内配線ユニット (PU用)		1
圧迫帯(PU 用)		1
生殖防護スタンド		1
CR/DR 設置消耗品キット	SETTI KIT/M	1

他メーカー製の場合は、上記と同等とする。

2 その他

・運搬、搬入、設置工事、調整、ネットワーク接続、研修費用等を含む。