仕様書

1 入札条件

（1）　入札対象物品名・数量

本入札の対象物品は下記の物品とする。

X 線 TV 透視装置（詳細は別紙参照）

※運搬、搬入、設置工事、調整、ネットワーク接続、研修費用等を含むこと。

（2）　納入期限

2024 年 3 月 29 日

（3）　納入場所

済生会新潟病院（新潟市西区寺地 280－7）

（4）　保守体制

①保守体制

通常の使用で発生した故障の修理及び定期的保守点検を実施できる体制であること。

②支援体制

年間を通じて 24 時間の連絡ができる体制であり、障害時において復旧のため通報を受けてから、問い合わせに対する回答や故障対応に関するサポートができる体制であること。

③保証期間

納入検査確認後、1 年間は通常の使用により故障した場合、無償修理に応じること。

2 設置条件

（1）　入札後実際の納入期日までにモデルチェンジ等により、対象物品を納入することができなくなった場合には、病院側と協議のうえ後継機種を納入すること。

（2）　取扱説明

①取扱説明に関する教育訓練は、当院が指定する日時、場所で行うこと。

②操作マニュアルは、日本語版を 2 部とする。

3 指定銘柄

入札対象機器は、下記のとおりとする。

メーカー名	商品名	型番等
富士フイルムヘルスケア株式会社	別紙詳細参照	別紙詳細参照

別紙詳細

１詳細

メーカー等	品名・型式・機能等	品 番	数量
富士フイルムヘルスケア株式会社	デジタルＸ線透視撮影システム	CUREVISTA Open	1
	内訳		
	SECURETABLE(完全固定ワイドテーブル)	TU-11000	1
	2WAY ARM（2 方向［縦・横］移動アーム）	2WY ARM	1
	SID 可変アーム（110 / 120 / 150cm）	VAR SID ARM	1
	マーゲン PKG（圧迫コーン+カップホルダー）	UP GI PKG	1
	VISTAPANEL（HDR FPD 43cm×43cm）	FPD4343(T)	1
	IntelliCOVER(散乱 X 線防護テーブル底カバー)		1
	SECURESENSOR（テーブルタッチセンサー）	SEC SNSR	1
	テーブルサイドコントローラー	TBLSD CNTLR	1
	高出力高冷却 X 線管装置(600kHU 0.4/0.7mm)	UH-6QC-307EYB	1
	IntelliSHUTTER（4 辺独立コリメーター）	ZU-L5TYM	1
	コリメーターレール（補償フィルター用）	ZU-RAIL	1
	STATUSILLUMINATION360（ステータス表示）		1
	IntelliFILTER（線質改善付加フィルター LMH）		1
	リムーバブルグリッド	TJVR8N85F120-3	1
	テーブルマット	TBL MAT	1
	ショルダーパッド（左右）	SHLDR PAD（LR）	1
	ハンドグリップ（左右）	HANDGRIP（LR）	1
	フットレスト	FTREST	1
	指向性マイク（脚部搭載）		1
	スピーカー（外付け）		1

	X 線高電圧装置 (50kW-三相-200V IntelliCUT)	DHF-L50(3Ph200)	1
	IntelliPULSE(高フレームレートパルス X 線透視)	15XH4 PF	1
	IntelliAEC (フォトタイマーレス AEC)	15XH4 AEC	1
	VISTACOCKPIT (遠隔コントローラー)	ZT-TC-11000	1
	19″″高輝度カラーディスプレイ x2 (スタンド付)	LCD-BR019-S	1
	IntelliMONITOR (被ばく線量管理)	INT MON	1
	ワイヤレスマウス&ワイヤレスキーボード	WLS KBD MOUS OP(D)	1
	デュアルペダルフットスイッチ (透視&マイク)	ZT-FT SW	1
	指向性マイク (遠隔コントローラー搭載)		1
	スピーカー (外付け)		1
	VISTABRAIN (GPU 搭載型高速画像処理エンジン)	DR-V(A)	1
	HARMONY (マルチ周波数処理×Retinex 理論)	HARMONY	1
	KINETICS(動き追従型マルチノイズ低減)	KINE	1
	TARGET (局所動体追従型残像低減処理)	TGT	1
	HIREZOOM (高精細透視×高倍率ズーム)	HIREZOOM	1
	RealtimeIR (リアルタイム逐次近似再構成)	IR	1
	IntelliSHOT (透視スクリーンショット)	INT SHOT	1
	IntelliREC. (透視録画)	INT REC	1
	IntelliROI (ROI サイズ自動可変型 ABS)		1

	IntelliCOLLIMATION(バーチャルコリメーション)		1
	DICOM MWM（接続費別途）	DICOMMWM	1
	IntelliFRAME（フレーム補間処理）	INT FRM	1
	整形外科アプリ PKG（PanoramaVIEW+TomoVIEW）	PAN TOMO PKG(D)	1
	トモシンセシス用踏台		1
	AngioVIEW（DSA アプリ）	ANGIOVIEW	1
	DICOM Storage 機能	DICOMSTO	1
	DICOM Print 機能	DICOMPRNT	1
	DICOM DoseSR（RDSR）機能	DICOMDOSESR	1
	DICOM SC(Dose レポート画像出力)機能	DICOMSC	1
	DICOM モダリティ名変更 （RF/CR/DX/XA)機能	DICOM MN CHG	1
	DICOM MPPS 機能		1
	イメージコンバーター (JPEG,BMP,AVI,MP4,WMV)	IMG CNVT	1
	被検者情報通信 （RS-232C / TCP/IP）	PT INFO INP IF	1
	ホワイトリスト (マルウェア対策+USB 接続)	WHT LIST	1
	UPS（無停電電源装置）		1
	VISTACOCKPIT （近接コントローラー）	ZT-C-11000	1
	シーリング用ディスプレイ(19″″x2+マイク)	2LCD-CEIL-SET	1
	天吊モニター支持機（２面モニター２方向移動）	SK-2S2	1
	天吊りモニター支持機取付金具		1
	E ケアマットレス		2
	支脚器（婦人科用）		1
	机		1
	棚（踏み台、支脚器用）		1
	ブレーカー		1

	線量測定		1
	ピット用ベース鉄板		1
	既設 CUREVISTA 用 DICOM DoseSR ソフト	DRV DoseSR	1

他メーカー製の場合は、上記と同等とする。

・PSP 株式会社 DICOMStorage、MWM、MPPS、バイエル薬品株式会社線量管理システム DoseSR（既設 X 線 TV 透視装置含む）と接続すること

・縦横２方向に移動可能なアームがあること

・動き追従型マルチノイズ低減処理ができること

2 その他

・運搬、搬入、設置内装工事、調整、ネットワーク接続、研修費用等を含む。