仕様書

1 入札条件

（1）　入札対象物品名・数量

本入札の対象物品は下記の物品とする。

自動分析装置・純水製造システム賃貸借契約（詳細は別紙参照）

※運搬、搬入、設置工事、調整費用、既存装置洗浄解体費用等を含むこと。

（2）　契約期間

2024 年 12 月 1 日～2031 年 11 月 30 日

（3）　納入期限

2024 年 11 月 29 日

（4）　納入場所

済生会新潟病院（新潟市西区寺地 280－7）

（5）　保守体制

①保守体制

通常の使用で発生した故障の修理及び定期的保守点検を実施できる体制であること。

②支援体制

年間を通じて 24 時間の連絡ができる体制であり、障害時において復旧のため通報を受けてから、問い合わせに対する回答や故障対応に関するサポートができる体制であること。

③保証期間

納入検査確認後、1 年間は通常の使用により故障した場合、無償修理に応じること。

2 設置条件

（1）　入札後実際の納入期日までにモデルチェンジ等により、対象物品を納入することができなくなった場合には、病院側と協議のうえ後継機種を納入すること。

（2）　取扱説明

①取扱説明に関する教育訓練は、当院が指定する日時、場所で行うこと。

②操作マニュアルは、日本語版を 2 部とする。

3 指定銘柄

入札対象機器は、下記のとおりとする。

メーカー名	商品名	型番等
株式会社日立ハイテクフィールディング	日立自動分析装置	LABOSPECT008αタイプ1
株式会社日立ハイテクフィールディング	日立自動分析装置	LABOSPECT008αタイプ2

1 機器詳細

メーカー等	品名・型式・機能等	品 番	数量
株式会社日立ハイテクフィールディング	日立自動分析装置 LABOSPECT008αタイプ1 純水製造装置　TRO-60e 無停電電源装置　SAU-A502,SAT-5 検査システムオンライン接続		1式 1台 1台 1式
株式会社日立ハイテクフィールディング	日立自動分析装置 LABOSPECT008αタイプ2 検体搬送システム接続 純水製造装置　TRO-120e 無停電電源装置 SAU575SS23 検査システムオンライン接続 分注機側立会		1式 1台 1台 1式 1式 1式

他メーカー製の場合は、上記と同等とする。

2 保守契約詳細

契約期間	2024年12月1日～2031年11月30日
点検頻度	2回／年（最終年 年1回）
保障内容	オンタイム保証（24時間365日サポート）、純水装置（RO膜・ポンプヘッド交換・EDI交換（＋作業費））

3 その他仕様

・サブシステムはメインシステム（ラボスペクト008αタイプ2）と同じUIであること

・メイン・サブシステム共に現在利用の試薬と変更がないこと

・メインシステムは処理能力が最大4000以上（テスト/時）であること

・サブシステムは処理能力が最大2000以上（テスト/時）であること

・メインシステムは最大同時分析項目数が 140 以上であること
・サブシステムは最大同時分析項目数が 70 以上であること
・保守体制で 24 時間の連絡ができる体制であり、通報を受けてから、回答や故障対応に関するサポートができ、迅速に来院して点検できる体制であること。

3 その他
・運搬、搬入、設置工事、調整費用、既存装置洗浄解体費用等を含むこと。