

## 仕様書

### 1 入札条件

(1) 入札対象物品名・数量

本入札の対象物品は下記の物品とする。

自動ジェット式超音波洗浄装置の購入(詳細は別紙参照)

※運搬、搬入、設置工事、調整費用等を含むこと。

(2) 納入期限

2025年3月31日

(3) 納入場所

済生会新潟病院(新潟市西区寺地 280-7)

(4) 保守体制

①保守体制

通常の使用で発生した故障の修理及び定期的保守点検を実施できる体制であること。

②支援体制

年間を通じて 24 時間の連絡ができる体制であり、障害時において復旧のため通報を受けてから、問い合わせに対する回答や故障対応に関するサポートができる体制であること。

③保証期間

納入検査確認後、1 年間は通常の使用により故障した場合、無償修理に応じること。

### 2 設置条件

(1) 入札後実際の納入期日までにモデルチェンジ等により、対象物品を納入することができなくなった場合には、病院側と協議のうえ後継機種を納入すること。

(2) 取扱説明

①取扱説明に関する教育訓練は、当院が指定する日時、場所で行うこと。

②操作マニュアルは、日本語版を 2 部とする。

### 3 指定銘柄

入札対象機器は、下記のとおりとする。

メーカー名	商品名	型番等
サクラ精機株式会社	別紙詳細参照	別紙詳細参照
三浦工業株式会社	別紙詳細参照	別紙詳細参照

別紙詳細

1 詳細

メーカー等	品名・型式・機能等	品番	数量
サクラ精機 株式会社	サクラ自動ジェット式超音波洗浄装置	HWD-360D	1
	搬送用台車	WUS4100-HD	2
	フリーラック (5 段)	HWD360-5FR	2
三浦工業 株式会社	器具除染用洗浄器	RA-160EU	1
	洗浄ラック 5 段 RA 用		1
	器具用バスケット 中		10
	漏水探知セット		1
	搬入据付配管工事 (2 次側)		1
	運賃		1
	試運転調整費		1
株式会社 新潟技電	一時側電源工事		
	内訳		
	既存分電盤 開閉器交換		
	開閉器	3P60A	1
	電源	MLCF14sq	15m
	既存分電盤改修工事		1
	電源 (既存流用)	CVT14	
	ケースブレーカー	ELB 3P50A F30mA	1
	作業費		1
	消耗品・雑材		1
	現場管理費 (停電調整対応他)		1
	交通・諸経費		1

他メーカー製の場合は、上記と同等とする。

- ・ 1 台はサクラ精機製、もう 1 台は三浦工業製であること
- ・ 電気ヒータタイプであること
- ・ 1 台は質量が 650 k g (最大 1170 k g)、超音波発信機出力 2400W 周波数 40kHz であること
- ・ 1 台は質量 425 k g (運転時 730 k g)、超音波設定最大出力 1200W 周波数 38kHz であること

## 2 その他

- ・ 運搬、搬入、設置工事、調整費用等を含む。